



ROMÂNIA
JUDEȚUL SĂLAJ
CONSILIUL JUDEȚEAN

450058, Zalău, Piața 1 Decembrie 1918 nr. 11 • Telefon: +40 260 662 035 / +40 260 614 120 • Fax: +40 260 661 097 • E-mail: office@cjsj.ro • Web: www.cjsj.ro

PREȘEDINTE

Nr. 13401 din 01.08.2022

CLARIFICARE LA ANUNȚUL PUBLICITAR NR. ADV1305715 având ca obiect: „Dotarea Spitalului Județean de Urgență Zalău cu echipamente necesare pentru tratarea pacienților cu COVID 19:

LOT 1: achiziționarea a 5 bucăți BIPAP cu accesorii

LOT 2: achiziționare aparat pentru tromboprofilaxie mecanică”,

Având în vedere solicitarea de clarificări depusă de un operator economic, precizăm următoarele:

LOT 1: achiziționarea a 5 bucăți BIPAP cu accesorii

Solicitare nr. 1

In cadrul Fisei tehnice nr. 1, LOT 1 - BIPAP cu accesorii

- Referitor la specificatia legata de dimensiunile de se solicita, dimensiunile maxime: 10,7x16,5x17,5 cm (fără umidificator), **va rugam sa clarificati daca se accepta dimensiunile: 17 x 13,5 x 18 cm (fără umidificator).**

- Referitor la specificatia legata de dimensiunile de se solicita, dimensiunile maxime: Umidificator max. 6,6 cm x 16.0 cm x 21,3 cm, **va rugam sa clarificati daca se accepta dimensiunile: 14 x 13,5 x 18 cm.**

Răspuns nr. 1

Nu se acceptă.

De doi ani se utilizează aparate BIPAP cu aceste dimensiuni și caracteristici, iar personalul este instruit și cunoaște bine caracteristicile și modul de funcționare a aparatelor.

Dimensiunile și greutatea aparatelor sunt în concordanță cu platformele pe care sunt așezate la căpătâiul patului.

PREȘEDINTE,
Dinu Iancu-Sălăjanu

Șef Serviciu
Vultur Maria

Întocmit
Făgărășan Lavinia Georgeta

