

FORMULARUL F5

OBIECTIV

„Dotare cu aparatura medicala
a Spitalului Judetean de Urgenta Zalau”

SC ENTUSIA SRL

FISA TEHNICA NR. 125

Utilajul, echipamentul tehnologic: **Ventilator mecanic**

Nr. Crt.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Producator
0	1	2	3
1	<p>Parametrii tehnici si functionali: Ventilator mecanic de transport Moduri de ventilatie : controlata (CMV) sau asistata (AMV) Parametri :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Frecventa respiratorie : ajustabila intre minim 5 – 40 resp/min - Debitul respirator : ajustabil pana la 20 l/min - Sensibilitate trigger ajustabila intre 0-20 cmH2O - Concentratie de oxigen : ajustabila intre minim 60%-100% - Raportul I/E : 1 :2 - Manometru electronic : intre -20 - +70 mbar - Alarmer auditive si vizuale : presiune maxima sau minima, apnee, baterie - Sursa electrica de alimentare : 12V, intern si extern ; cu o autonomie a acumulatorului aprox. 3 ore <p>Control : frecventa, volum/minut, amestec de aer/fara amestec de aer, limita de presiune, trigger, presiune minima/maxima Configuratie de livrare : circuit pacient (tubulatura, valva pacient, masca faciala) Echipat cu geanta transport pentru ventilator, butelie de oxigen si accesorii</p>		
2	<p>Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Conform normelor legislative in domeniu; 		
3	<p>Conditii privind conformitatea cu standardele relevante:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Conform prevederilor legale in domeniu; - Declarație de conformitate din partea producătorului 		

	(conform Directivă Europeană 93/42/CEE).		
4	Conditii de garantie si postgarantie: Garantie minim 24 luni. Post garantie minim 5 ani		
5	Alte conditii cu caracter tehnic: Transport, livrare si punere in functiune (de catre personal autorizat) - gratuite la sediul beneficiarului. Instruirea gratuita a personalului medical si tehnic (utilizare si intretinere)		

SC ENTUSIA SRL
(semnatura autorizata)

