

PREȘEDINTE

Nr. 13191 din 28.07.2022

CLARIFICARE LA ACHIZIȚIA DIRECTA ORGANIZATĂ DE JUDEȚUL SĂLAJ PRIN CONSILIUL JUDEȚEAN SĂLAJ, AVÂND CA OBIECT” ”Dotarea Spitalului Județean de Urgență Zalău cu materiale de protecție necesare pentru protecția personalului care intră în contact cu pacienții diagnosticați cu COVID 19: Filtru antibacterian cu schimb umiditate și căldură”, ANUNT PUBLICITAR PUBLICAT PE SEAP NR. ADV1305658 DIN 25.07.2022.

Având în vedere solicitarea de clarificări depusă de un operator economic, precizăm următoarele:

Întrebarea nr. 1:

În caietul de sarcini se regăsesc următoarele informații:

Filtru antibacterian cu schimb de umiditate și căldură.

- Bucăți solicitate: 667;
- Filtru de unică folosință antibacterian și antiviral, cu schimb de umiditate și de căldură pentru aparatele de ventilație mecanică;
- Eficiență de filtrare bacteriană: 99,9999%;
- Eficiență de filtrare virală: 99,99%

Nu se regăsesc informații cu privire la clasa de filtrare și dimensiunile filtrelor. Vă rugăm să clarificați aceste aspecte.

RĂSPUNS întrebarea nr. 1

Nu există mențiunea în legătură cu clasa de filtrare. Informațiile din caietul de sarcini în legătură cu eficiența de filtrare bacteriană și virală sunt suficiente.

Referitor la dimensiunile filtrelor menționăm că avem nevoie de filtre pentru adulți care sunt mărime standard (cu conector de 22M/15F).

**PREȘEDINTE,
Dinu Iancu-Sălăjanu**

**Șef Serviciu,
Vultur Maria**

**Consilier achiziții publice,
Blăjan Cosmina Maria**