

FORMULARUL F5

OBIECTIV

„Dotare cu aparatura medicala
a Spitalului Judetean de Urgenta Zalau”

SC ENTUSIA SRL

FISA TEHNICA NR. 127

Utilajul, echipamentul tehnologic: **Negatoscop**

| Nr. Crt. | Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Correspondenta propunerii tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Producator |
|----------|---|--|------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 |
| 1 | Parametrii tehnici si functionali: -Montaj pe perete -Lumina rece fluorescenta -Carcasa metalica vopsita electrostatic -Dimensiuni ecran min 80x43 cm | | |
| 2 | Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare: - Conform normelor legislative in domeniu; | | |
| 3 | Conditii privind conformitatea cu standardele relevante: - Conform prevederilor legale in domeniu; - Declarație de conformitate din partea producătorului (conform Directivă Europeană 93/42/CEE). | | |
| 4 | Conditii de garantie si postgarantie: Garantie minim 24 luni. Post garantie minim 5 ani | | |
| 5 | Alte conditii cu caracter tehnic: Transport, livrare si punere in functiune (de catre personal autorizat) - gratuite la sediul beneficiarului. Instruirea gratuita a personalului medical si tehnic (utilizare si intretinere) | | |

SC ENTUSIA SRL
(semnatura autorizata)

