

FORMULARUL F5

OBIECTIV

„Dotare cu aparatura medicala
a Spitalului Judetean de Urgenta Zalau”

SC ENTUSIA SRL

FISA TEHNICA NR. 122

Utilajul, echipamentul tehnologic: **Pompa volumetrica**

Nr. Crt.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Producator
0	1	2	3
1	Parametrii tehnici si functionali: Asigura posibilitatea de monitorizare continua a presiunii in linia de administrare calculator de doze incorporate rata infuzie: minim 0.01 – 1200 ml/h, volum total 0-9990ml, rata bolus pana la 1200ml/h Afiseaza simultan pe ecran: rata de infuzie, doza de medicament infuzata Pictograma nivel baterie detecteaza automat volumul seringii, presiune de ocluzie: variabila, functioneaza cu seringi dispozabile de la mai multi producatori de diferite dimensiuni: 5, 10, 20, 30, 50 ml Baterie reincarcabila NiMH Sistem de prindere pe bara tip eurorail, alarme: defectiune interna, apropierea de sfarsitul infuziei, sfarsitul infuziei, ocluzie, descarcarea bateriei, lipsa alimentare Optiune aerisire (purjare) /bolus Optiune “Silentios”; Buton de intrerupere sau pauza; usor de transportat; port comunicatii IR; clama de bara; conector serial; acumulator + pictograma acumulator; cablu record la reseaua electrica alternativa		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare: - Conform normelor legislative in domeniu;		
3	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante: - Conform prevederilor legale in domeniu; - Declarație de conformitate din partea producătorului (conform Directivă Europeană 93/42/CEE).		
4	Conditii de garantie si postgarantie: Garantie minim 24 luni.		

	Post garantie minim 5 ani		
5	Alte conditii cu caracter tehnic: Transport, livrare si punere in functiune (de catre personal autorizat) - gratuite la sediul beneficiarului. Instruirea gratuita a personalului medical si tehnic (utilizare si intretinere)		

SC ENTUSIA SRL
(semnatura autorizata)

